ACCU-CHEK®
Rapid-D Link

En détails



La canule :

A - Canule en acier
B - Étui de protection
C - Embase auto-adhésive
D - Film protecteur de l'embase auto-adhésive
E - Porte disque
F - Tubulure
G - Embout de raccordement de la canule

Le dispositif tubulaire

H - Embout de raccordement du dispositif tubulaire
I - Aiguille du système de connexion
J - Tubulure
K - Embout Luer-Lock

Roche

ACCU-CHEK®
Vivre sa vie. C'est essentiel.

ACCU-CHEK® Rapid-D Link

1 **Lavez** vous les mains et **désinfectez** la peau.



2 **Connectez** les deux parties de la tubulure en les emboîtant l'une dans l'autre puis **vissez** d'un quart de tour.



3 **Visser l'embout Luer-Lock** de la tubulure dans l'adaptateur de la pompe. **Purger la tubulure** jusqu'à l'apparition de gouttes d'insuline à l'extrémité de la canule en acier.



4 **Retirez le film protecteur** de l'embase adhésive, **retirez l'étui de protection** de la canule en acier.

5 **Pincer** le tissu sous cutané au niveau du site désinfecté.
Insérez le dispositif perpendiculairement sous la peau.



6 **Retirez le porte disque** en le pliant légèrement, vous pouvez fixer la tubulure à l'aide d'un sparadrap.
Remettez la pompe en marche.

AVERTISSEMENT : changez le dispositif cutané tout les 1 - 2 jours (48 heures maximum) en raison du risque de résistance à l'insuline et d'inflammation du site de perfusion.
Ceci n'est pas un mode d'emploi. Pour plus d'informations et en cas de première utilisation, veuillez vous référer au mode d'emploi du dispositif.
INTERDICTION d'utiliser ce document pour guider l'utilisation d'un set de perfusion autre que Accu-Chek Rapid-D Link.

Roche
meylan.diabete@roche.com
Tél. : 04 76 76 31 90

ACCU-CHEK®
Vivre sa vie. C'est essentiel.